

# IDEXXベットラボステーション(IDEXX VetLab\* Station) をソフトウェアバージョン5.16にアップグレードしてください

本書では、このリリースに含まれている拡張機能とサービスをいくつかご紹介します。

- 翻訳およびローカライゼーションの継続的向上。
- 複数の拡張機能により安全性、信頼性、安定性を向上。

## システムのアップグレード

### 重要：

- アップグレードが完了するまで、システムを中断したり、シャットダウンしたりしないでください。
- なるべく早めにソフトウェアをアップグレードして、新機能の使用を開始してください。

### IDEXXスマートサービス(IDEXX SmartService\* Solutions)ソリューションでソフトウェアをアップグレードするには：

画面に指示が表示されたら、「今すぐ更新」をタップします。「ソフトウェアの更新成功」メッセージが表示されたら、アップグレードは完了です。

または

ホーム画面で「機器」、「ソフトウェアのアップグレード」の順にタップします。

### USBドライブでソフトウェアをアップグレードするには：

- データをバックアップします（「機器」をタップし、「データバックアップ」をタップして、画面上の指示に従ってください）。
- 機器操作画面で、「ソフトウェアのアップグレード」をタップし、画面上の指示に従つてください。
- アップグレードが完了したら、メディアラベルに記載されたソフトウェアバージョンと機器操作画面のバージョンが一致していることを確認してください。

### IDEXXテクニカルサポート

0120-71-4921 音声ダイヤル1番